





OPTION DE MISE EN PLACE 1
SANGLE AVEC COUSSIN
LORSQUE LE RAIL EST DISPONIBLE POUR Y FIXER, PASSEZ LA SANGLE AUTOUR D'UN RAIL, PASSEZ LA SANGLE À TRAVERS LA MANCHE DU TAMPON, PUIS REPASSEZ PAR-DESSUS LE PATIENT, PASSEZ AUTOUR DU RAIL DU CÔTÉ OPPOSÉ, PUIS TIREZ FORT POUR SÉCURISER LE PATIENT



OPTION DE MISE EN PLACE 2
(SANGLE SEULEMENT, PAS DE COUSSIN)
LORSQUE LE RAIL EST DISPONIBLE POUR S'ATTACHER, PASSEZ LA SANGLE AUTOUR DU RAIL, PUIS TIREZ PAR-DESSUS LE PATIENT, PASSEZ AUTOUR DU RAIL DU CÔTÉ OPPOSÉ, PUIS TIREZ FORT POUR SÉCURISER LE PATIENT



L'EMPLACEMENT DES SANGLES EST INDIQUÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT.
LE PERSONNEL MÉDICAL CHOISIRA LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR CHAQUE INTERVENTION EN PARTICULIER.



OPTION DE MISE EN PLACE 3
LORSQU'IL N'Y A PAS DE RAIL DISPONIBLE POUR S'ATTACHER, GLISSEZ LE COUSSINET SUR LA SANGLE ET ENROULEZ TOUTE LA SANGLE AUTOUR DE LA TABLE

LE KIT DE SANGLES #A100-3731 COMPREND:
QTY 2 DE LA SANGLE PN# X100-3705
QTY 1 DE PN# X100-3710 PAD

Image Diagnostics, Inc. idi
310 Authority Drive Fitchburg, MA 01420

SHEET 1 OF 1
SIZE B
TITLE: INSTRUCTIONS POUR LA SANGLE DE CONTENTION DU PATIENT
DWG NO. L100-1039-CAN
REV A